

Naručitelj: Genos d.o.o., iz Osijeka, Vatrogasna 112

Predmet nabave: materijal za istraživanje, kemikalije, materijal za glikobiologiju i epigenetiku, materijal za stanične kulture te ostali potrošni materijal za potrebe provođenja istraživanja u laboratoriju i usluga servisa i kalibracije pipeta

Evidencijski broj nabave: 01/2018

Sukladno Prilogu 4. natječajne dokumentacije „Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi“, Naručitelj Genos d.o.o., sa sjedištem u Osijeku, Vatrogasna 112, donosi sljedeću

ODLUKU O ODBIJANJU PONUDE

I. Odbija se ponuda ponuditelja Obrnuta Faza d.o.o., J. Voltića 5, Pazin, koja je podnesena za Grupu 11: MATERIJAL ZA INKUBACIJU UZORAKA U PLOČICAMA u postupku nabave objavljivanja Obavijesti o nabavi za predmet nabave: materijal za istraživanje, kemikalije, materijal za glikobiologiju i epigenetiku, materijal za stanične kulture te ostali potrošni materijal za potrebe provođenja istraživanja u laboratoriju i usluga servisa i kalibracije pipeta, Ev. broj nabave: 01/2018.

II. Odluka će se dostaviti ponuditelju.

Obrazloženje

Naručitelj je pokrenuo postupak javne nabave objavom Obavijesti o nabavi u pogledu predmeta nabave: materijal za istraživanje, kemikalije, materijal za glikobiologiju i epigenetiku, materijal za stanične kulture te ostali potrošni materijal za potrebe provođenja istraživanja u laboratoriju i usluga servisa i kalibracije pipeta, Evidencijski broj nabave: 01/2018. Predmeti nabave su podijeljeni u grupe.

Pregledom i ocjenom ponude utvrđeno je da tehničke specifikacije predmeta nabave nisu u skladu s traženim specifikacijama iz dokumentacije za nadmetanje. Naime, tehničke specifikacije predmeta nabave pod stavkom 11.2. Strip kapice za reakcijske tubice/PCR pločice, 8 stripova, polipropilenske, ravne, optički transparentne, kompatibilne s Thermo i 4titude PCR pločicama, pojedinačno pakirano 12 stripova sa po 8 spojenih kapica, pakiranja od 300 komada, pogodne za inkubaciju na -20°C, s dostupnim tehničkim nacrtom, ne zadovoljavaju jer ponuđeni proizvod nema dostupan tehnički nacrt niti informaciju o kompatibilnosti s Thermo PCR pločicama.

Obzirom na navedeno ponuđeni predmet nabave ne odgovara traženim specifikacijama iz Dokumentacije za nadmetanje.

Stoga je Naručitelj sukladno točki 5.12. Dokumentacije za nadmetanje odlučio kao pod točkom I Odluke.

Zagreb, 15. ožujka 2018. godine

član Uprave

Gordana Lasić
GENOS d.o.o.
za vještačenje i analizu
OSIJEK
OIB 17550201884