

Naručitelj: Genos d.o.o., iz Osijeka, Vatrogasna 112

Predmet nabave: materijal za istraživanje, kemikalije, materijal za glikobiologiju i epigenetiku, materijal za stanične kulture te ostali potrošni materijal za potrebe provođenja istraživanja u laboratoriju i usluga servisa i kalibracije pipeta

Evidencijski broj nabave: 01/2018

Sukladno Prilogu 4. natječajne dokumentacije „Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi“, Naručitelj Genos d.o.o., sa sjedištem u Osijeku, Vatrogasna 112, donosi sljedeću

ODLUKU O ODBIJANJU PONUDE

I. Odbija se ponuda ponuditelja BIOVIT d.o.o., Matka Laginje 13, Varaždin, koja je podnesena za Grupu 12: TUBICE / KAPICE u postupku nabave objavljivanja Obavijesti o nabavi za predmet nabave: materijal za istraživanje, kemikalije, materijal za glikobiologiju i epigenetiku, materijal za stanične kulture te ostali potrošni materijal za potrebe provođenja istraživanja u laboratoriju i usluga servisa i kalibracije pipeta, Ev. broj nabave: 01/2018.

II. Odluka će se dostaviti ponuditelju.

Obrazloženje

Naručitelj je pokrenuo postupak javne nabave objavom Obavijesti o nabavi u pogledu predmeta nabave: materijal za istraživanje, kemikalije, materijal za glikobiologiju i epigenetiku, materijal za stanične kulture te ostali potrošni materijal za potrebe provođenja istraživanja u laboratoriju i usluga servisa i kalibracije pipeta, Evidencijski broj nabave: 01/2018. Predmeti nabave su podijeljeni u grupe.

Pregledom i ocjenom ponude utvrđeno je da tehničke specifikacije predmeta nabave nisu u skladu s traženim specifikacijama iz dokumentacije za nadmetanje. predmet nabave pod stavkom 12.4. Reakcijske tubice/epruvete za centrifugiranje dimenzija približno 17 mm OD, 120 mm duljine, polipropilenske, s polietilenskim ravnim čepom za zatvaranje, transparentne s označenom graduacijom, sterilne, do 16 000 x g, volumen: 15 ml ne odgovara, jer ponuđen materijal omogućava centrifugiranje samo do 12 500 x g (umjesto traženih 16 000 x g). Također predmet nabave iz stavke 12.5. Reakcijske tubice/epruvete za centrifugiranje, polipropilenske, transparentne, graduirane, s ravnom kapicom, do 18 000 x g, volumen: 1.7 ml ne odgovara jer ponuđeni proizvod omogućava centrifugiranje samo do 17 000 x g (umjesto traženih 18 000 x g).

Obzirom na navedeno ponuđeni predmet nabave ne odgovara traženim specifikacijama iz Dokumentacije za nadmetanje.

Stoga je Naručitelj sukladno točki 5.12. Dokumentacije za nadmetanje odlučio kao pod točkom I Odluke.

Zagreb, 15. ožujka 2018. godine

Gordan Lauc

član Uprave
GENOS d.o.o.
za vještačenje i analizu
03135K
OIB 17560201384