

Naručitelj: Genos d.o.o., iz Osijeka, Vatrogasna 112

Predmet nabave: materijal za istraživanje, kemikalije, materijal za glikobiologiju i epigenetiku, materijal za stanične kulture te ostali potrošni materijal za potrebe provođenja istraživanja u laboratoriju i usluga servisa i kalibracije pipeta

Evidencijski broj nabave: 01/2018

Sukladno Prilogu 4. natječajne dokumentacije „Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi“, Naručitelj Genos d.o.o., sa sjedištem u Osijeku, Vatrogasna 112, donosi sljedeću

ODLUKU O ODBIJANJU PONUDE

I. Odbija se ponuda ponuditelja Obrnuta Faza d.o.o., J. Volčića 5, Pazin, koja je podnesena za Grupu 12: TUBICE / KAPICE u postupku nabave objavljivanja Obavijesti o nabavi za predmet nabave: materijal za istraživanje, kemikalije, materijal za glikobiologiju i epigenetiku, materijal za stanične kulture te ostali potrošni materijal za potrebe provođenja istraživanja u laboratoriju i usluga servisa i kalibracije pipeta, Ev. broj nabave: 01/2018.

II. Odluka će se dostaviti ponuditelju.

Obrazloženje

Naručitelj je pokrenuo postupak javne nabave objavom Obavijesti o nabavi u pogledu predmeta nabave: materijal za istraživanje, kemikalije, materijal za glikobiologiju i epigenetiku, materijal za stanične kulture te ostali potrošni materijal za potrebe provođenja istraživanja u laboratoriju i usluga servisa i kalibracije pipeta, Evidencijski broj nabave: 01/2018. Predmeti nabave su podijeljeni u grupe.

Pregledom i ocjenom ponude utvrđeno je da tehničke specifikacije predmeta nabave nisu u skladu s traženim specifikacijama iz dokumentacije za nadmetanje. Naime, tehničke specifikacije predmeta nabave pod stavkom 12.1. Reakcijske tubice/epruvete za centrifugiranje, polipropilenske, transparentne s ravnom kapicom, volumen: 5 ml nisu ispunjene, jer ponuđeni je materijal koji smanjuje gubitak proteina, a neprikladan je za analizu glikana (umjesto traženog standardnog). Tehničke specifikacije nisu zadovoljene niti u pogledu predmeta nabave stavka 12.3. Reakcijske tubice/epruvete za centrifugiranje dimenzija približno 30 mm OD, 115 mm duljine, polipropilenske, s polietilenskim ravnim čepom za zatvaranje, transparentne s označenom graduacijom, sterilne, do 16 000 x g, volumen: 50 ml jer nije specificirana maksimalna brzina centrifugiranja. Tehničke specifikacije nisu zadovoljene niti u pogledu predmeta nabave stavke 12.4. Reakcijske tubice/epruvete za centrifugiranje dimenzija približno 17 mm OD, 120 mm duljine, polipropilenske, s polietilenskim ravnim čepom za zatvaranje, transparentne s označenom graduacijom, sterilne, do 16 000 x g, volumen: 15 ml, jer nije specificirana maksimalna brzina centrifugiranja. Tehničke specifikacije nisu zadovoljene niti u pogledu predmeta nabave stavke 12.6. Reakcijske tubice/epruvete za centrifugiranje, polipropilenske, transparentne, graduirane, s ravnom kapicom, do 18 000 x g, volumen: 2 ml, jer ponuđen je materijal koji smanjuje gubitak proteina, a neprikladan je za analizu glikana (umjesto traženog standardnog). Tehničke specifikacije nisu zadovoljene niti u pogledu predmeta nabave stavke 12.7. PCR reakcijske tubice/epruvete za centrifugiranje, polipropilenske, transparentne, s ravnom kapicom, volumen: 0.5 ml, jer ponuđen je materijal koji smanjuje gubitak proteina, a neprikladan je za analizu glikana (umjesto traženog standardnog).

Naručitelj: Genos d.o.o., iz Osijeka, Vatrogasna 112

Predmet nabave: materijal za istraživanje, kemikalije, materijal za glikobiologiju i epigenetiku, materijal za stanične kulture te ostali potrošni materijal za potrebe provođenja istraživanja u laboratoriju i usluga servisa i kalibracije pipeta

Evidencijski broj nabave: 01/2018

Obzirom na navedeno ponuđeni predmet nabave ne odgovara traženim specifikacijama iz Dokumentacije za nadmetanje.

Stoga je Naručitelj sukladno točki 5.12. Dokumentacije za nadmetanje odlučio kao pod točkom I Odluke.

Zagreb, 15. ožujka 2018. godine

član Uprave

Gordan Lauc
GENOS d.o.o.
za vještačenje i analizu
OSIJEK
OIB 17560201884