

Naručitelj: Genos d.o.o., iz Osijeka, Vatrogasna 112

Predmet nabave: materijal za istraživanje, kemikalije, materijal za glikobiologiju i epigenetiku, materijal za stanične kulture te ostali potrošni materijal za potrebe provođenja istraživanja u laboratoriju i usluga servisa i kalibracije pipeta

Evidencijski broj nabave: 01/2018

Sukladno Prilogu 4. natječajne dokumentacije „Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi“, Naručitelj Genos d.o.o., sa sjedištem u Osijeku, Vatrogasna 112, donosi sljedeću

ODLUKU O ODBIJANJU PONUDE

I. Odbija se ponuda ponuditelja BIOSISTEMI d.o.o., Pijavišće 32, Zagreb, koja je podnesena za Grupu 22: KEMIKALIJE I POTROŠNI MATERIJAL ZA KAPILARNU ELEKTROFOREZU u postupku nabave objavljivanja Obavijesti o nabavi za predmet nabave: materijal za istraživanje, kemikalije, materijal za glikobiologiju i epigenetiku, materijal za stanične kulture te ostali potrošni materijal za potrebe provođenja istraživanja u laboratoriju i usluga servisa i kalibracije pipeta, Ev. broj nabave: 01/2018.

II. Odluka će se dostaviti ponuditelju.

Obrazloženje

Naručitelj je pokrenuo postupak javne nabave objavom Obavijesti o nabavi u pogledu predmeta nabave: materijal za istraživanje, kemikalije, materijal za glikobiologiju i epigenetiku, materijal za stanične kulture te ostali potrošni materijal za potrebe provođenja istraživanja u laboratoriju i usluga servisa i kalibracije pipeta, Evidencijski broj nabave: 01/2018. Predmeti nabave su podijeljeni u grupe.

Pregledom i ocjenom ponude utvrđeno je da tehničke specifikacije predmeta nabave nisu u skladu s traženim specifikacijama iz dokumentacije za nadmetanje. Naime, tehničke specifikacije predmeta nabave pod stavkom 22.1. Standardni kit koji sadrži 5 obilježenih oligonukleotida, koji se koristi za generiranje složene matrice u otopini 1x TE. Za analizu DNA fragmenata obilježenih sa 6-FAM™, VIC®, NED™, PET® i LIZ® na uređaju za sekvenciranje Applied Biosystems 31xx, 3500 i 3700. sadrži količinu dovoljnu za 8 analiza nisu ispunjene, jer je ponuđen materijal standard veličina (umjesto traženog standardnog "matrix" kita) te sadrži jednolančane fragmente DNA obilježene samo bojom LIZ® (umjesto traženih 5 obilježenih nukleotida za analizu fragmenata obilježenih 6-FAM™, VIC®, NED™, PET® i LIZ® bojama). Za grupu 22.5. tražen je polimer POP-7 u pojedinačnim pakiranjima od 28 mL (5 komada), a ponuđen je artikl s kataloškim brojem 4352759 (pakiranje od 7 ml) 5 komada i cijenu u skladu s tim.

Obzirom na navedeno ponuđeni predmet nabave ne odgovara traženim specifikacijama iz Dokumentacije za nadmetanje.

Stoga je Naručitelj sukladno točki 5.12. Dokumentacije za nadmetanje odlučio kao pod točkom I Odluke.

Zagreb, 16. ožujka 2018. godine

član Uprave, Gordan Lauc

GENOS d.o.o.
za vještačenje i analizu
OSTER
OIB 17560201884