

Naručitelj: Genos d.o.o., iz Osijeka, Vatrogasna 112

Predmet nabave: materijal za istraživanje, kemikalije, materijal za glikobiologiju i epigenetiku, materijal za stanične kulture te ostali potrošni materijal za potrebe provođenja istraživanja u laboratoriju i usluga servisa i kalibracije pipeta

Evidencijski broj nabave: 01/2018

Sukladno Prilogu 4. natječajne dokumentacije „Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi“, Naručitelj Genos d.o.o., sa sjedištem u Osijeku, Vatrogasna 112, donosi sljedeću

ODLUKU O ODBIJANJU PONUDE

I. Odbija se ponuda ponuditelja RU-VE d.o.o. Vladimira Nazora 10, Sveta Nedjelja, koja je podnesena za Grupu 7: FILTER PLOČICE ZA PRIPREMU UZORAKA u postupku nabave objavljivanja Obavijesti o nabavi za predmet nabave: materijal za istraživanje, kemikalije, materijal za glikobiologiju i epigenetiku, materijal za stanične kulture te ostali potrošni materijal za potrebe provođenja istraživanja u laboratoriju i usluga servisa i kalibracije pipeta, Ev. broj nabave: 01/2018.

II. Odluka će se dostaviti ponuditelju.

Obrazloženje

Naručitelj je pokrenuo postupak javne nabave objavom Obavijesti o nabavi u pogledu predmeta nabave: materijal za istraživanje, kemikalije, materijal za glikobiologiju i epigenetiku, materijal za stanične kulture te ostali potrošni materijal za potrebe provođenja istraživanja u laboratoriju i usluga servisa i kalibracije pipeta, Evidencijski broj nabave: 01/2018. Predmeti nabave su podijeljeni u grupe.

Pregledom i ocjenom ponude utvrđeno je da tehničke specifikacije predmeta nabave nisu u skladu s traženim specifikacijama iz dokumentacije za nadmetanje. Naime, predmet nabave pod stavkom 7.3. Polipropilenska pločica za filtriranje uzoraka sa 96 jažica, sadrži Oroflex materijal 25.0 mg/2.0 ml, veličina PE frita: 10 µm, volumen jažica: 0.7 ml, kompatibilna s Pall vakuum manifoldom (uređajem za filtriranje uz pomoć vakuuma) ne odgovara, jer je ponuđen materijal s PVDF membranom (umjesto traženog Oroflex materijala određene količine), volumena jažica 1 mL (umjesto traženih 0.7 mL), bez suženog frita (umjesto traženih dimenzija od 10 µm). Obzirom na navedeno ponuđeni predmet nabave ne odgovara traženim specifikacijama iz Dokumentacije za nadmetanje.

Stoga je Naručitelj sukladno točki 5.12. Dokumentacije za nadmetanje odlučio kao pod točkom I. Odluke.

Zagreb, 15. ožujka 2018. godine

član Uprave

Gordan Lauc
GENOS d.o.o.
za vještovanje i analizu
OSIJEK
OIB 17560201884