

Potencijalni ponuditelj uputio je dana 22.8.2018. godine sljedeće pitanje vezano uz predmet nabave:

vezano za tender koji ste objavili (Tender for delivery of offers for Glovebox unit, Centrifuge, Optical Microscope and System for light scattering measurements Procurement No. S-02) molim Vas sljedeće informacije:

- da li je traženi uvjet točan – Spin coater Speed min 110.000 RPM,
- standardne veličine za spin coater su 6" substrate d=150mm ili 8" for substrate d=200, koju preferirate?
- da li su navedeni rokovi dostave radni dani ili kalendarski dani?

ODGOVOR NARUČITELJA:

- dopunom dokumentacije izmijenjena je konkretna specifikacija „*Spin coater Speed min 110.000 RPM*“ na „*Spin coater Speed min 11.000 RPM*“
- točkom 1.42 tehničkih specifikacija navedeno je „*up to Ø 160 mm substrates*“
- rokovi dostave su kalendarski dani