

PRILOG II DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE / OPIS POSLOVA

Broj nabave: Roba 01-2019

Nabava: Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti Ordinacije dentalne medicine
primjenom informacijske tehnologije

Informacijsko komunikacijske tehnologije:

Stavka	Tražene specifikacije	Ponuđene specifikacije	Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju	Ocjena (DA/NE)
1.	Jedinica za uzimanje digitalnih otisaka • intraoralna kamera za uzimanje otisaka u boji • integrirano računalo za specijalnu primjenu sa grafičkom karticom za rad sa 3D modelima • WLAN karticu za bežično umrežavanje • 64-bitni Operativni sustav • TFT LED monitor osjetljiv na dodir od minimalno 21.5" • punjiva baterija • Connect softver ili jednakovrijedno • Licenca za Connect softver ili jednakovrijedno • Licenca za Connect Case Center Inbox ili jednakovrijedno • Licenca za izvoz dizajna u STL formatu ili			

	jednakovrijedno			
2.	Laboratorijska jedinica za glodanje • jedinica za mokro i suho glodanje diskova i blokova • CAM softver • vanjski rashladni spremnik za nemetal zapremnine minimalno 10L • multi-držać blokova • automatski magazin za svrdla (x2) • Starter set svrdla (3x za PMMA, 3x za cirkon, 3x za staklo keramiku) • servisna tekućina • rezervni filter tekućine • LAN i strujni kabel • sukcijski uređaj od minimalno 230 V			
3.	Starter set za sinterirani metal • vanjski rashladni spremnik za metal zapremnine minimalno 10L • usisni mjeħ (x2) • svrdla za metal 0.5mm, 1mm i 2.5mm (x2) • automatski magazin za svrdla • četkice za čišćenje (x3)			
4.	Starter set za abutmene od titanija • vanjski rashladni spremnik za metal zapremnine minimalno 10L (x2)			

	• moment ključ • svrdla za titanij 1.0 mm, 2.0 mm (x2) • automatski magazin za svrdla • servisna tekućina			
5.	Softver-4 modula i računalo • Osnovni modul- omogućuje dizajn inleja, onleja, ljuskica, krunica, mostova, konstrukcija, kapica, višeslojnih restauracija i modela • modul za implantologiju- omogućuje dizajn individualnih abutmena, višeslojnih struktura na abutmenima, mostova i prečki na vijak, kirurške šablone i implementaciju softvera • modul za dentalnu protetiku- omogućuje dizajn teleskopa, prečki, attachmenta, udlaga, zagriznih žlica i parcijalnih proteza • modul sa sučeljem- omogućuje uvoz digitalnih otisaka u STL formatu, izvoz restauracija u STL/XML formatu, izvoz digitalnih otisaka u 3Shape i STL formatu • Računalo: - matična ploča s chipsetom b-360 ili jednakovrijedno - procesor od minimalno 3.7 GHz i minimalno 9MB pred memorije - 2 RAM-a od minimalno 8 GB i DDR4 od minimalno 2400 MHz - Grafička jedinica za obradu (GPU) bazne			

	frekvencije od minimalno 1168 MHz i maksimalne veličine memorije od 8 GB - SSHD hard drive s minimalno 2 TB memorije			
6.	Peć za sinteriranje • peć sa funkcijom za brzo sinteriranje restauracija od cirkona • izolacijska opeka • potporni disk • posuda za brzo sinteriranje • disk za slaganje • račvasta vilica za posudu za sinteriranje • pladanj s račvama • izolacijsko zvono za sinteriranje u argonu • strujni kabel			
7.	Kompresor za CAD/CAM opremu • Membranski sušać bez regeneracijske faze • Opskrba komprimiranim zrakom pri 8 bar: minimalno 148 l/min • Kapacitet tanka minimalno 50l • Snaga: minimalno 2,2 kW • Dimenzije: minimalno 740x480x970mm			