SPECIJALNA BOLNICA ZA KIRURGIJU MEDICO
Agatićeva 8, 51000 Rijeka
OIB: 57951842896

Rijeka, 28.10.2021.

Na temelju Zahtjeva gospodarskog subjekta za objašnjenjem/izmjenom dokumentacije o nabavi u postupku nabave za neobveznike zakona o javnoj nabavi: " Nabava digitalnog RTG-C-luk dijaskopskog sustava i specijalističkog OP stola", evidencijski broj nabave: EV04, Naručitelj Specijalna bolnica za kirurgiju MEDICO, Agatićeva 8, 51000 Rijeka, objavljuje

ODGOVOR

na zahtjev za objašnjenjem/izmjenom dokumentacije o nabavi

Naručitelj je, putem elektroničke pošte, dana 26.10.2021. godine zaprimio zahtjev gospodarskog subjekta za objašnjenjem/izmjenom dokumentacije o nabavi.

„Poštovani,

Sukladno postupku nabave; Nabava digitalnog RTG-C-luk dijaskopskog sustava i specijalističkog OP stola, Evidencijski broj nabave: EV04, ovim putem Vam pravodobno šaljem zahtjev za izmjenom tehničke specifikacije.

U prilogu Vam šaljem zahtjev za izmjenom tehničke specifikacije za Grupa 1: Digitalni RTG-C-luk dijaskopski sustav.
U prilogu se nalazi i referentna lista prodanih C-luk uređaja i katalog sa svim modelima proizvođača Ziehm Imaging.

Ovim putem, želimo naglasiti da je Ziehm Imaging preteči u razvoju tehnologije C-luk uređaja tako da su prvi na tržištu C-lukova proizveli monoblok generator, prvi DSA na C-luku, prvi C-luk s ravnim detektorom, prvi 3D C-luk s ravnim detektorom, prvi C-luk i jedini s 4 motorizirane osi, prvi 100qm ravni detektor s CMOS tehnologijom koji omogućava višestruko kvalitetniju sliku od konkurencije itd.
Također navedeni uređaj koristi pulsnu dijaskopiju od 25f/s dok je konkurencija u navedenom rangu uređaja na 8 ili 15f/s. što značajno utječe na smanjenje količine zračenja kako pacijenata tako i doktora koji bi trebali raditi s navedenim uređajima što je vrlo važna značajka uzimajući u obzir novu regulativu po kojoj svaki pacijent treba biti upoznat s dozom zračenja koju prima.

Ako budete imali bilo kakva dodatna pitanja slobodno nam se obratite."

U priloženom zahtjevu za objašnjenjem/izmjenom dokumentacije o nabavi gospodarski subjekt navodi sljedeće:

I. *Specijalna bolnica za kirurgiju MEDICO (dalje u tekstu: Naručitelj) objavio je postupak nabave za neobveznike zakona o javnoj nabavi za nabavu digitalnog RTG-C-luk dijaskopskog sustava i specijalističkog OP stola, Evidencijski broj nabave: EV04*

II. *Slijedom navedenog, xxxx d.o.o.*[1] *kao gospodarski subjekt zainteresiran za sudjelovanje u ovom postupku, ovim putem, pravodobno upućuje Naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi objavljene dokumentacije o nabavi kako slijedi:*

1. *U tehničkim specifikacijama, Grupa 1. Digitalni RTG-C-luk dijaskopski sustav, pod točkom 1.1. zahtijeva se sljedeće:*

" 1.1. Motorizirano namještanje C - luka po visini min. 49 cm "

Tražimo od Naručitelja minimalnu izmjenu navedene stavke tehničke karakteristike. Smatramo da izmjena od samo 7 cm ne može utjecati na kvalitetu uređaja, jer je razlika gotovo pa zanemariva. Namještanje C-luka po visini od 42 cm je više nego dovoljan vertikalni pomak C- luka za primjenu na svim pacijentima. Smatramo da ovakva izmjena ne može i neće na bilo koji način utjecati na kvalitetu i opseg pretraga već će omogućiti sudjelovanje većeg broja kvalitetnih ponuđača na javnom nadmetanju.

TRAŽENA IZMJENA:
1.1. Motorizirano namještanje C - luka po visini min. 42 cm

ODGOVOR NARUČITELJA:
Tražena izmjena se djelomično prihvaća.

Novi tekst točke 1.1. glasi: *„Motorizirano namještanje C – luka po visini min. 45 cm"*
Naručitelj je propisao minimalne vrijednosti njemu bitnih tehničkih karakteristika imajući u vidu motorizirano namještanje C-luka po visini koje čini bitnu stavku koja operateru olakšava pozicioniranje uređaja i pacijenta prije zahvata. Posebno je važna činjenica da će se predmetni uređaj koristiti u kombinaciji s kirurškim stolom te maksimalna fleksibilnost pozicioniranja time postaje još važnija.
Naručitelj stoga ovim putem vrši izmjenu tehničkih specifikacija objavom dokumenta 1. Izmjena_Prilog 6 – Tehnička specifikacija_Grupa 1. Izmjene su u Tehničkoj specifikaciji naznačene crvenom bojom.

2. *U tehničkim specifikacijama, Grupa 1: Digitalni RTG-C-luk dijaskopski sustav, pod točkom 1.7. zahtijeva se sljedeće:*

" 1.7. Dubina uranjanja C - luka min. 73 cm"

Tražimo od Naručitelja minimalnu izmjenu navedene stavke tehničke karakteristike. Smatramo da izmjena od samo 5 cm nema nikakav utjecaj na kvalitetu i rad uređaja.

[1] Naručitelj je dužan odgovore na pitanja i pojašnjenja zainteresiranih gospodarskih subjekata dati bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva stoga se u dokumentu odgovora umjesto naziva gospodarskog subjekta koji je uputio zahtjev navodi xxxx d.o.o.

Ono što je mnogo važnije kod fizionomije C-luka je slobodan prostor, koji kod našeg modela C-luk uređaja iznosi 83.5 cm, za razliku od traženih 77 cm. To je prostor koji je ključan svakom doktoru da može nesmetano operirati i koristiti sve instrumente bez straha od zapinjanja i oštećenja uređaja. Da li je dubina uranjanja 5 cm manja ili veća je nevažno jer su svi operacijski stolovi jednako uski, a s obzirom na samu rotaciju navedena stavka još je manje bitna. Napominjemo i da uređaj koji nudimo ima puno veću orbitalnu rotaciju (165° u odnosu na zahtijevanih 140°) kao i puno veću bočnu rotaciju (+/-225° u odnosu na zahtijevanih +/-200°). Smatramo da ovakva izmjena ne može i neće na bilo koji način utjecati na kvalitetu i opseg pretraga već će omogućiti sudjelovanje većeg broja kvalitetnih ponuđača na javnom nadmetanju.

TRAŽENA IZMJENA:
1.7. Dubina uranjanja C - luka min. 68 cm

ODGOVOR NARUČITELJA:
Tražena izmjena se ne prihvaća.

Dubina uranjanja, kao i sve ostale geometrijske karakteristike uređaja, je izuzetno važna kod pozicioniranja pacijenta. Veća dubina uranjanja omogućiti će korisniku optimalno pozicioniranje te umanjiti potrebu pomicanja pacijenta kod postizanja položaja koji će omogućiti brže i jednostavnije zahvate te manju izloženost ionizacijskom zračenju.

3. *U tehničkim specifikacijama, Grupa 1: Digitalni RTG-C-luk dijaskopski sustav, pod točkom 4.3. zahtijeva se sljedeće:*

" 4.3. Veličina pixela max. 185 µm"

Tražimo od Naručitelja minimalnu izmjenu navedene stavke tehničke karakteristike. Smatramo da izmjena od samo 9 µm ne može utjecati na kvalitetu uređaja, jer je razlika gotovo pa zanemariva. Napominjemo i da digitalni ravni detektor koji nudimo ima veću dimenziju (30 x 30 cm u odnosu na zahtijevanih 26 x 26 cm). Smatramo da ovakva izmjena ne može i neće na bilo koji način utjecati na kvalitetu i opseg pretraga već će omogućiti sudjelovanje većeg broja kvalitetnih ponuđača na javnom nadmetanju.

TRAŽENA IZMJENA:
4.3. Veličina pixela max. 194 µm

ODGOVOR NARUČITELJA:
Tražena izmjena se ne prihvaća.

Naručitelj je propisao minimalne vrijednosti njemu bitnih tehničkih karakteristika zbog traženja što bolje rezolucije slike. Manji piksel izravno utječe na kvalitetu slike, odnosno slika postaje oštrija. Uvećanjem veličine piksela umanjuje se i rezolucija slika za vrijeme zahvata što usporava i otežava rad operatera.

4. *U tehničkim specifikacijama, Grupa 1: Digitalni RTG-C-luk dijaskopski sustav, pod točkom 5.1. zahtijeva se sljedeće:*

" 5.1. Snimanje min. 140.000 slika na tvrdi disk C-luka, bez dodavanja vanjskih diskova"

Tražimo od Naručitelja minimalnu izmjenu navedene stavke tehničke karakteristike. Mogućnost pohrane od čak 100.000 slika na tvrdi disk C-luka je i više nego dovoljna pohrana na duži vremenski period. Smatramo da ovakva izmjena ne može i neće na bilo koji način utjecati na kvalitetu i opseg pretraga već će omogućiti sudjelovanje većeg broja kvalitetnih ponuđača na javnom nadmetanju.

TRAŽENA IZMJENA:
5.1. Snimanje min. 100.000 slika na tvrdi disk C-luka, bez dodavanja vanjskih diskova

ODGOVOR NARUČITELJA:
Tražena izmjena se ne prihvaća.

Obzirom da će se sustav koristiti u operacijskoj dvorani te da će dohvat podataka (slika) vrlo često biti potrebno provesti tijekom intervencije, Naručitelj smatra da mu je potreban veći tvrdi disk. Veći tvrdi disk omogućiti će Naručitelju i mogućnost pohrane većeg broja pacijenata bez potrebe za snimanjem na dodatne diskove ili sustave, a što će značajno ubrzati dohvat podataka tijekom intervencije, a time i kraće te jednostavnije intervencije.

*Zaključno, napominjemo da nudimo C-luk uređaja proizvođača Ziehm Imaging **najpoznatijeg i najcjenjenijeg proizvođača C-luk uređaja na tržištu** koji u svom portfelju posjeduje čak 15 različitih modela, te surađuje s najpoznatijim svjetskim firmama u pogledu uređaja za navigaciju i robotiku. Također u zadnje četiri godine kao ekskluzivni distributer u Republici Hrvatskoj prodali smo 22 kirurška C-luk uređaja dokazujući liderstvo u navedenom segmentu kao i zadovoljstvo krajnjih korisnika s navedenim uređajima.*

***III.** Slijedom naprijed navedenoga, xxxx d.o.o. moli od Naručitelja objašnjenje, odnosno izmjenu dokumentacije o nabavi. Ljubazno Vas molimo da nam uvažite gore navedeni zahtjev u što kraćem vremenskom roku.“*

Slijedom izmjena Tehničke specifikacije (Prilog 6) i Poziva na dostavu ponude koje proizlaze iz 1. i 2. Pojašnjenja Poziva na dostavu ponuda, Naručitelj objavljuje nove dokumente naziva ***„1. Izmjena_Poziv na dostavu ponude“*** i ***„1. Izmjena_Prilog 6 – Tehnička specifikacija_Grupa 1.“***.

Sve ostale odredbe Poziva na dostavu ponude ostaju nepromijenjene.

Naručitelj ovo objašnjenje s izmjenom gore navedenih dokumenata, stavlja na raspolaganje svim zainteresiranim gospodarskim subjektima na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju (putem https://strukturnifondovi.hr/) te se ono nadalje smatra dijelom Poziva na dostavu ponude.

Povjerenstvo za nabavu