SPECIJALNA BOLNICA ZA KIRURGIJU MEDICO
Agatićeva 8, 51000 Rijeka
OIB: 57951842896

Rijeka, 28.10.2021.

Na temelju Zahtjeva gospodarskog subjekta za izmjenom dokumentacije o nabavi – Grupa 1: Digitalni RTG-C-luk dijaskopski sustav, u postupku nabave za neobveznike zakona o javnoj nabavi: "Nabava digitalnog RTG-C-luk dijaskopskog sustava i specijalističkog OP stola", evidencijski broj nabave: EV04, Naručitelj Specijalna bolnica za kirurgiju MEDICO, Agatićeva 8, 51000 Rijeka, objavljuje

ODGOVOR

na zahtjev za izmjenom dokumentacije o nabavi

Naručitelj je, putem elektroničke pošte, dana 27.10.2021. godine zaprimio zahtjev gospodarskog subjekta za izmjenom dokumentacije o nabavi.

„Poštovani,

xxxx d.o.o.[1] u privitku dostavlja zahtjev za izmjenom Poziva na dostavu ponuda ev. broj EV04, za grupu 1: digitalni RTG-C-luk dijaskopski sustav.

Srdačan pozdrav."

U priloženom zahtjevu za izmjenom dokumentacije o nabavi – Grupa 1: Digitalni RTG-C-luk dijaskopski sustav, gospodarski subjekt navodi sljedeće:

"Poštovani,

Zainteresirani gospodarski subjekt xxxx d.o.o. moli izmjenu dokumentacije o nabavi kako slijedi, a kako bi ravnopravno mogao ponuditi C-luk uređaj iz svog portfelja:

1.
Točka 1.1.
Motorizirano namještanje C – luka po visini min. 49 cm
Molimo Vas promijeniti u

[1] Naručitelj je dužan odgovore na pitanja i pojašnjenja zainteresiranih gospodarskih subjekata dati bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva stoga se u dokumentu odgovora umjesto naziva gospodarskog subjekta koji je uputio zahtjev navodi xxxx d.o.o.

Motorizirano namještanje C – luka po visini min. 45 cm

OBRAZLOŽENJE:
S obzirom na minimalnu izmjenu molimo promjenu ovog zahtjeva kako bi se i tvrtki xxxx omogućilo sudjelovanje na ovom nadmetanju.

ODGOVOR NARUČITELJA:
Tražena izmjena se prihvaća.

Novi tekst točke 1.1. glasi: *„Motorizirano namještanje C – luka po visini min. 45 cm“*
Naručitelj stoga ovim putem vrši izmjenu tehničkih specifikacija objavom dokumenta 1. Izmjena_Prilog 6 – Tehnička specifikacija_Grupa 1. Izmjene su u Tehničkoj specifikaciji naznačene crvenom bojom.

2.
Točka 2.4.
Digitalna radiografija: jakost električne struje u minimalnom rasponu 5,5 – 125 mA
Molimo Vas promijeniti u
Digitalna radiografija: jakost električne struje u minimalnom rasponu 10 – 120 mA

OBRAZLOŽENJE:
S obzirom na minimalnu izmjenu molimo promjenu ovog zahtjeva kako bi se i tvrtki xxxx omogućilo sudjelovanje na ovom nadmetanju.

ODGOVOR NARUČITELJA:
Tražena izmjena se ne prihvaća.

Širi raspon jakosti električne struje omogućiti će Naručitelju veću fleksibilnost kod oslikavanja pacijenata različitih profila. Dodatno, veća jakost električne struje omogućava emitiranje većeg broja fotona, odnosno uvećava amplitudu spektra emisije.

3.
Točka 3.1.
Aktivni uljni sustav hlađenja cijevi
Molimo Vas promijeniti u
Aktivni sustav hlađenja cijevi

OBRAZLOŽENJE:
S obzirom na minimalnu izmjenu molimo promjenu ovog zahtjeva kako bi se i tvrtki xxxx omogućilo sudjelovanje na ovom nadmetanju.

ODGOVOR NARUČITELJA:
Tražena izmjena se ne prihvaća.

Aktivni uljni sustav hlađenja cijevi omogućava efikasno hlađenje i jednostavniju konstrukciju.

4.
Točka 3.7.
Upravljački zaslon osjetljiv na dodir, na konzoli C-luka, minimalne dijagonale 15",

Molimo Vas promijeniti u
Upravljački zaslon osjetljiv na dodir, na konzoli C-luka, minimalne dijagonale 12",

OBRAZLOŽENJE:
Budući da je u točki 3.10. tražena veličina upravljačkog zaslona uz stol pacijenta od min. 12“ s istom funkcionalnosti kao i u gore navedenoj točci molimo promjenu ovog zahtjeva kako bi se i tvrtki xxxx omogućilo sudjelovanje na ovom nadmetanju.

ODGOVOR NARUČITELJA:
Tražena izmjena se ne prihvaća.

Veći zaslon omogućiti će bolju vidljivost i veću površinu potrebnu za upravljanje sustavom. Veća površina zaslona omogućuje brže i jednostavnije upravljanje uređajem, a time ubrzava procedure u operacijskoj sali. Upravljački zaslon iz točke 3.7. ne ovisi o zaslonu iz točke 3.10. . Zaslon iz točke 3.10. montira se na šinu stola te je time i bliže korisniku.

5.
Točka 3.8.
Vizualizacija kliničke slike na monitoru konzole C-luka, slika mora imati dimenzije od min. 6 x 6 cm
Molimo Vas promijeniti u
Vizualizacija kliničke slike na monitoru konzole C-luka, slika mora imati dimenzije od min. 6 x 6 cm ili dimenzije od min. 760 x 760 piksela

OBRAZLOŽENJE:
S obzirom na drugačije označavanje veličine prikaza slike molimo promjenu ovog zahtjeva kako bi se i tvrtki xxxx omogućilo sudjelovanje na ovom nadmetanju.

ODGOVOR NARUČITELJA:
Tražena izmjena se ne prihvaća.

Dimenzija slike se izražava u cm jer isto jednoznačno određuje veličinu slike. Dimenzije su označene u smislu osiguranja minimalno potrebne veličine slike u svrhu potrebne minimalne vidljivosti. Pikseli ne označavaju dimenziju slike već njenu rezoluciju, čime se ne postiže jednoznačno određivanje dimenzije slike.

6.
Točka 3.12.
Brojčane oznake na ravnom detektoru (3, 6, 9, 12) koje odgovaraju istom skupu brojeva na kliničkoj slici koji se podudaraju iako je slika rotirana ili zrcaljena što olakšava i ubrzava komunikaciju i razumijevanje između liječnika i osoblja
Molimo Vas promijeniti u
Brojčane oznake na ravnom detektoru (3, 6, 9, 12) koje odgovaraju istom skupu brojeva na kliničkoj slici koji se podudaraju iako je slika rotirana ili zrcaljena što olakšava i ubrzava komunikaciju i razumijevanje između liječnika i osoblja ili postavljanje identifikacije strane pacijenta kako bi se izbjegle pogreške u orijentaciji slike

OBRAZLOŽENJE:
S obzirom da se radi o tehničkom rješenju specifičnom za samo jednog proizvođača molimo promjenu ovog zahtjeva kako bi se i tvrtki xxxx omogućilo sudjelovanje na ovom nadmetanju.

ODGOVOR NARUČITELJA:
Tražena izmjena se djelomično prihvaća.

Novi tekst točke 3.12. glasi: *„Brojčane oznake na ravnom detektoru (3, 6, 9, 12) koje odgovaraju istom skupu brojeva na kliničkoj slici koji se podudaraju iako je slika rotirana ili zrcaljena što olakšava i ubrzava komunikaciju i razumijevanje između liječnika i osoblja ili potpuna motorizacija geometrije sustava“.*
Naručitelj stoga ovim putem vrši izmjenu tehničkih specifikacija objavom dokumenta 1. Izmjena_Prilog 6 – Tehnička specifikacija_Grupa 1. Izmjene su u Tehničkoj specifikaciji naznačene crvenom bojom.

7.
Točka 4.2.
Materijal izrade detektora CsI, rezolucija min. 1500x1400 piksela
Molimo Vas promijeniti u
Materijal izrade detektora CsI ili CMOS, rezolucija min. 1500x1400 piksela

OBRAZLOŽENJE:
S obzirom na minimalnu izmjenu te kako bi se omogućilo nuđenje bolje tehnologije izrade detektora molimo promjenu ovog zahtjeva kako bi se i tvrtki xxxx omogućilo sudjelovanje na ovom nadmetanju.

ODGOVOR NARUČITELJA:
Tražena izmjena se ne prihvaća.

Svaki materijal ima svojih prednosti i svojih mana, korisnik se odlučio za isprobani materijal poznatih karakteristika koji se dulje vrijeme nalazi na tržištu. Detektori izvedeni od traženog materijala su široko rasprostranjeni i dostupni.

8.
Točka 6.2.
Bežični IR daljinski upravljač za upravljanje slikama i načinom oslikavanja

S obzirom da se radi o tehničkoj stavci specifičnoj za samo jednog proizvođača molimo promjenu ovog zahtjeva kako bi se i tvrtki xxxx omogućilo sudjelovanje na ovom nadmetanju.

ODGOVOR NARUČITELJA:
Prihvaća se izmjena i briše se navedena točka.

Iako su bežični IR daljinski upravljači dostupni na uređajima više različitih proizvođača, Naručitelj u svrhu omogućavanja veće razine tržišnog natjecanja uvažava zahtjev za izmjenom te briše navedenu stavku.
Naručitelj stoga ovim putem vrši izmjenu tehničkih specifikacija objavom dokumenta 1. Izmjena_Prilog 6 – Tehnička specifikacija_Grupa 1. Izmjene su u Tehničkoj specifikaciji naznačene crvenom bojom.

9.
Točka 6.6.

Softver za fluoroskopiju i model ekspozicije za snimanje gustih objekata. Softver omogućuje jasniju vizualizaciju kontrastne injekcije i vaskulature unutar osjetljivih područja kralježnice putem digitalne suptrakcije.
Molimo Vas promijeniti u
Softver za fluoroskopiju. Softver omogućuje jasniju vizualizaciju kontrastne injekcije i vaskulature putem digitalne suptrakcije.

OBRAZLOŽENJE:
Molimo promjenu ovog zahtjeva kako bi se i tvrtki xxxx omogućilo sudjelovanje na ovom nadmetanju.

ODGOVOR NARUČITELJA:
Tražena izmjena se djelomično prihvaća.

Primarna namjena sustava su intervencije na kralježnici. Softver koji omogućava jasniju vizualizaciju osjetljivih područja kralježnice je od izuzetne važnosti za Naručitelja.
Novi tekst točke 6.6. glasi: *„Softver za fluoroskopiju i načini ekspozicije za snimanje gustih objekata. Softver omogućuje jasniju vizualizaciju kontrastne injekcije i vaskulature unutar osjetljivih područja kralježnice putem digitalne suptrakcije.“*
Naručitelj stoga ovim putem vrši izmjenu tehničkih specifikacija objavom dokumenta 1. Izmjena_Prilog 6 – Tehnička specifikacija_Grupa 1. Izmjene su u Tehničkoj specifikaciji naznačene crvenom bojom.

10.
Molimo u točki 7.1. izmijeniti rok za dostavu jamstva za uredno ispunjenje ugovora sa 8 na 15 dana.

ODGOVOR NARUČITELJA:
Tražena izmjena se ne prihvaća.

Naručitelj je stava da je propisani rok za dostavu jamstva za uredno ispunjenje ugovora od 8 (osam) dana od dana zaključenja Ugovora o nabavi prikladan i nadasve dostatan za ishođenje i dostavu svih propisanih vrsta jamstva koja na raspolaganju imaju gospodarski subjekti.

11.
Molimo u točki 7.1. kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora dopustiti i dostavu bankovne garancije s obzirom da ista ima barem jednaku naplatnu snagu kao i zadužnica.

ODGOVOR NARUČITELJA:
Tražena izmjena se prihvaća.

Obzirom na rok izvršenja cjelokupnog ugovora, Naručitelj je jamstvo za uredno ispunjenje ugovora propisao u obliku zadužnice ili bjanko zadužnice iz razloga jednostavnosti njihovog ishodovanja za same gospodarske subjekte. Obzirom da predložena bankarska garancija također predstavlja adekvatan instrument osiguranja, Naručitelj radi izmjenu točke 7.1. Poziva na dostavu ponude (Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora) te dodaje mogućnost dostave bankarske garancije u svrhu navedenog jamstva. Osim navedenih vrsta jamstva, gospodarski subjekt ima i mogućnost uplate novčanog pologa u skladu s točkom 7.3. Poziva.
Naručitelj stoga ovim putem vrši izmjenu točke 7.1. Poziva objavom dokumenta 1. Izmjena_Poziv na dostavu ponude. Izmjene su u Pozivu naznačene crvenom bojom i odnose se na obje grupe predmeta nabave.

12.
Molimo u točki 7.2. kao jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku dopustiti i dostavu bankovne garancije s obzirom da ista ima barem jednaku naplatnu snagu kao i zadužnica.

ODGOVOR NARUČITELJA:
Tražena izmjena se prihvaća.

U skladu s prethodnom točkom, Naručitelj je jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku propisao u obliku zadužnice ili bjanko zadužnice iz razloga jednostavnosti njihovog ishodovanja za same gospodarske subjekte. Obzirom da predložena bankarska garancija također predstavlja adekvatan instrument osiguranja, Naručitelj radi izmjenu točke 7.2. Poziva na dostavu ponude (Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku) te dodaje mogućnost dostave bankarske garancije u svrhu navedenog jamstva. Osim navedenih vrsta jamstva, gospodarski subjekt ima i mogućnost uplate novčanog pologa u skladu s točkom 7.3. Poziva.
Naručitelj stoga ovim putem vrši izmjenu točke 7.2. Poziva objavom dokumenta 1. Izmjena_Poziv na dostavu ponude. Izmjene su u Pozivu naznačene crvenom bojom i odnose se na obje grupe predmeta nabave.

13.
Molimo u točki 7.2. izmijeniti rok za dostavu jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku sa 8 na 15 dana.

ODGOVOR NARUČITELJA:
Tražena izmjena se ne prihvaća.

Pozivom za dostavu ponude u točki 7.2. propisano je: *„Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku Isporučitelj je dužan dostaviti nakon uredno izvršene primopredaje potvrđene primopredajnim zapisnikom, a prije isteka jamstva za uredno izvršenje ugovora.“* Iz navedene odredbe ni na koji način ne proizlazi rok za dostavu jamstva od 8 dana kojega navodi gospodarski subjekt, već rok za dostavu jamstva ovisi isključivo o terminu izvršenja ostalih ugovornih obveza.

14.
Molimo u troškovniku brisati tekst „M.P. potpis osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta“ s obzirom da u Excel dokumentu nije moguće staviti potpis i pečat.

ODGOVOR NARUČITELJA:
Tražena izmjena se ne prihvaća.

Ponude se ne podnose prilaganjem dokumenata troškovnika i tehničkih specifikacija **u excel formatu**. Pozivom za dostavu ponude u točki 5.2. (Način izrade i dostave ponude) propisano je: *„Ponuda u e-pošti se dostavlja na način da se **ponuda sa svim prilozima u papirnatom obliku popuni, potpiše te skenira u .PDF format** i kao privitak priloži u e-poštu….“*. Slijedom navedenoga dokument troškovnika i tehničkih specifikacija potrebno je isprintati i kao takve potpisati i pečatirati te skenirati u .PDF format koji se prilaže u e-poštu u skladu s odredbama o dostavi ponude iz točke 5.2. Poziva.

Slijedom izmjena Tehničke specifikacije (Prilog 6) i Poziva na dostavu ponude koje proizlaze iz 1. i 2. Pojašnjenja Poziva na dostavu ponuda, Naručitelj objavljuje nove dokumente naziva ***„1. Izmjena_Poziv na dostavu ponude“*** i ***„1. Izmjena_Prilog 6 – Tehnička specifikacija_Grupa 1.“*.**

Sve ostale odredbe Poziva na dostavu ponude ostaju nepromijenjene.

Naručitelj ovo objašnjenje s izmjenom gore navedenih dokumenata, stavlja na raspolaganje svim zainteresiranim gospodarskim subjektima na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju (putem https://strukturnifondovi.hr/) te se ono nadalje smatra dijelom Poziva na dostavu ponude.

Povjerenstvo za nabavu