Pojašnjenje / izmjena dokumentacije o nabavi za

Fantomi za radne tečajeve i didaktički radni materijali

Sukladno točki 1.5 Poziva na dostavu ponuda, zainteresirani ponuditelj je pravovremeno postavio upit odnosno Zahtjev za izmjenom dokumentacije o nabavi, a naručitelj daje odgovor kako slijedi:

R.br.	ZAHTJEV ZA DODATNIM INFORMACIJAMA, OBJAŠNJENJEM ILI IZMJENOM DOKUMENTACIJE O NABAVI	ODGOVOR NARUČITELJA NA ZAHTJEV ZA DODATNIM INFORMACIJAMA, OBJAŠNJENJEM ILI IZMJENOM DOKUMENTACIJE O NABAVI
1	Molimo promjenu opisa stavaka u Prilogu 2.1, sheet C.STOMATOLOŠKA JEDINICA, smatramo da su tiskarske pogreške: o Točka 3.5. - Podesivo područje brzine za motore instrumenata između 25 i 40.000 o/min. Brzina može pasti ispod donje granice, ali gornja granica ne smije biti prekoračena. • Molimo da podignete minimalnu brzinu na 100 okretaja i stavite raspon između 100 i 40000 okretaja o Točka 3.8. - Brzina: 10 - 40.000 o/min • Molimo da i u ovoj točci podignete minimalnu brzinu na 100 okretaja i stavite raspon između 100 i 40000 okretaja o Točka 3.13. - Omjer brzine 5:1. • Pretpostavljamo da je ovdje tiskarska greška jer crveni kolječnik pretvara 1 okretaj mikromotora u 5 okretaja na svrdlu, te bi prema tome omjer trebao biti 1:5	**Naručitelj prihvaća zahtjev** za izmjenom tehničke specifikacije te mijenja Prilog 2.1, sheet C.STOMATOLOŠKA JEDINICA u Grupi 1 Fantomi za radne tečajeve, točke 3.5, 3.8 i 3.13, kako je traženo u Zahtjevu za izmjenom dokumentacije.

Naručitelj zajedno sa ovom obavijesti mijenja Prilog 2.1 te ponuditelji prilikom javljanja na Grupu 1 nabave trebaju koristiti „Prilog 2.1 Specifikacija – Grupa 1 – fantomi za radne tečajeve v2.1.xlsx“. Prethodno objavljena verzija Priloga 2.1 smatra se nevažećom.

Ostala dokumentacija ostaje nepromijenjena.

STRUČNO POVJERENSTVO