Sample control d.o.o.

Puškarićeva 18,

10280 Zagreb

Izmjena dokumentacije za nadmetanje – 19.11.2021.

Nabava: Komercijalizacija pružanja usluge analize patentirane metode hidrolize i ekstrakcije masnih kiselina u serumu u dijagnostici i prevenciji metaboličkih poremećaja

Oznaka nabave: 01-2021

Vrsta izmjene:

Izmjene dokumentacije za nadmetanje i stavki Obrasca 6. Tehničke specifikacije nastavno na zaprimljeni upit potencijalnog dobavljača 17.11.2021.

- Dokumentacija za nadmetanje
- Obavijest o nabavi
- Obrazac 6 – Tehničke specifikacije

Naručitelj je 17.11.2021. zaprimio upit potencijalnog dobavljača kojeg objavljujemo u cijelosti bez objavljivanja podataka:

ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJEM i/ili IZMJENOM DOKUMENTACIJE:

Nabava opreme - Komercijalizacija pružanja usluge analize patentirane metode hidrolize i ekstrakcije masnih kiselina u serumu u dijagnostici i prevenciji metaboličkih poremećaja

Predmet nabave:
Plinski kromatograf sa autosamplerom za tekućinsko injektiranje, dva FID detektora (ili jednakovrijednim) i ostalim pripadajućim komponentama

U sklopu dokumenta „Obrazac 6- Tehničke karakteristike definirano je:

1. **Termostatirani odjeljak: Temperaturni raspon: sobna (+3) do 450°C ili šire**

Predlažemo da se predmetni kriterij izmijeni na način:

" Temperaturni raspon: sobna (+4) do 450°C ili šire"

Pojašnjenje:

S obzirom da se radi o plinskom kromatografu vezanim sa FID detektorima, pregledom javnom dosupne dokumentacije razvidno je da se za rad na takvim sistemima koriste temperature značajno veće od sobne temperature, stoga predložena izmjena neće utjecati na korištenje predmeta nabave kao ni na kvalitetu provođenja analiza.

2. **Termostatirani odjeljak: broj temperaturnih rampi: minimalno 30**

Predlažemo da se predmetni kriterij izmijeni na način:

" Termostatirani odjeljak: broj temperaturnih rampi: minimalno 20"

Pojašnjenje:

Pregledom javnom dosupne dokumentacije o predmetnom sistemu, vidljivo je da se uobičajeno za rad na istom koristi najviše 8 do 10 rampi, stoga predložena izmjena neće utjecati na korištenje predmeta nabave kao ni na kvalitetu provođenja analiza.

Prihvaćanjem predloženih izmjena omogućiti će se sudjelovanje većeg broja zainteresiranih poslovnih subjekata te ćemo Vam biti u mogućnosti ponuditi uređaj provjereno najmodernije tehnologije.

S poštovanjem,

Nastavno na zaprimljeni upit objavljujemo javno dostupan odgovor:

Točka 1. – Prijedlog dobavljača usvojen radi proširenja potencijalnog tržišta. Izmjene dokumentacije izvršene sukladno zaprimljenoj sugestiji. Izmjene su označene žutom bojom.

Točka 2. – Prijedlog se ne može usvojiti radi činjenice da je broj temperaturnih rampi minimalno 30 rampi jer je isti potreban zbog razvoja novih metoda za koje će se uređaj koristiti odnosno radi specifične aplikacije koje će se na navedenom uređaju razvijati na molekule jako sličnih nepolarnosti.

Sve izmjene su označene žutom bojom.

Rok za zaprimanje ponuda je sukladno dokumentaciji za nadmetanje produljen 7 dana na 27.11.2021.