

ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJEM (UPIT)

JN 02/2022

25. siječnja 2022. putem kontakt e-maila stigao je upit/napomena potencijalnog ponuditelja u vezi dokumentacije **JN 02/2022** koji navodimo u nastavku, kao i odgovor (Genos d.o.o.) poslan 27. siječnja 2022.:

1. PITANJE/NAPOMENA:

Imam pitanje/napomenu kako bismo bili sigurni da Vam nudimo najbolje proizvode za Vaše potrebe:

Konkretno za nabavu 02-2022 CEKOM 2, Grupa 6 – „Nastavci za pipete optimizirani za Eppendorf pipete“; ne bismo Vam ponudili Eppendorf nastavke, već Sartorius koji su optimalni Eppendorf pipetama, kako je i navedeno u upitu. Svakako bismo Vam htjeli (ako budemo odabrani) prvo dostaviti uzorke kako biste se uvjerali u kompatibilnost.

2. ODGOVOR NA PITANJE/NAPOMENU (Genos d.o.o.)

Nužno je da ponuđeni nastavci budu optimizirani za Eppendorf pipete te odgovaraju svim traženim tehničkim specifikacijama, koje je potrebno dokazati navođenjem katalogskog broja, opisa, izvatka iz kataloga u sklopu ponude i slično.

Prema ugovoru koji se namjerava sklopiti s odabranim Ponuditeljem, Naručitelj zadržava pravo prigovora (i u konačnici raskida ugovora) ukoliko se ustanovi da kvaliteta isporučene robe ne udovoljava uvjetima znanstvenog istraživanja projekta.

Slijedom odgovora, rok za dostavu ponuda se ne mijenja – stoga ostaje 04. veljače 2021. do 16:00 sati.

U Zagrebu, 28. siječnja 2021.